

医療カート、ナーステーブル等 購入

仕 様 書

玉城町国民健康保険 玉城病院

1 導入計画物品および数量

1) 品名及び数量

① ナーステーブル	2台
② 医療カート ワイヤレス充電タイプ	12台
③ 医療カート	6台
④ グローブボックスホルダー	18台
⑤ ブラケット	18台
⑥ バーコードリーダーホルダー	18台

2) 内訳・要件等

- ・ 別紙「仕様書 性能、機能に関する要件」のとおり

3) 納入期日

- ・ 令和 8 年 3 月 25 日 (水)

4) 納入場所

- ・ 三重県度会郡玉城町佐田881番地
- ・ 玉城町国民健康保険 玉城病院

5) 運用、保証期間

- ① 設置場所の担当職員に対し、設置後に本物品の操作方法並びにメンテナンス等の講習を行うこと。また、物品の使用に関しての問い合わせ、メンテナンスや修理には迅速に対応すること。
- ② 通常使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。
- ③ 納入検査確認後、1年間は通常使用により故障した場合、無償修理に応じること。
- ④ 必要な消耗品及び故障時に必要な交換部品については、安定供給が確保されていること。
- ⑤ 運搬、搬入、据付、調整費用等に有する費用は入札者の負担とする。

6) 設置場所及び撤去、搬入、据付調整

- ・ 設置場所及び撤去・搬入・据付調整については、玉城町国民健康保険 玉城病院の指示に従い、設置場所職員と事前に連絡を取り、担当課の指示に従っておこなうものとし、動作可能な状態にして納入すること。

- ・ 入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を納入することができなくなった場合には、病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。
- ・ 取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

7) 参考機種

- ・ 別紙「仕様書 性能、機能に関する要件」のとおり
同等機種を認めるが、仕様を満たすことが判断できるカタログ等の資料を、令和7年12月11日までに提出し、玉城町国民健康保険 玉城病院の承認を得ること。

8) その他

- ① 受注者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下暴力団等という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
 - ア 断固として不当介入を拒否すること。
 - イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をする事。
 - ウ 発注者に報告すること。
 - エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注者と協議を行うこと。
- ② 受注者が①のイ又はウの義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除要綱第7条の規定により三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じます。

別紙 性能、機能に関する要件

1 仕様詳細

・ナーステーブル 参考型式：S・KJ-D002・WPT・6（オリバー）

外形寸法が、幅 1810mm×奥行 400mm×高さ 940mm であること
本体はスチール、粉体塗装仕上げであること
天板は抗ウイルスメラミン化粧板であり、アルコール消毒が可能であること
脚部には、レベル調整用のアジャスターを備えていること
専用カートと組合せて使用することで、ワイヤレスで充電が可能であること
ワイヤレス充電用の給電部を6つ以上備えていること
CISPR11 規格に準拠した製品であること
ワイヤレス充電ができない場合の非常用電源を備えていること

・医療カート ワイヤレス充電タイプ 参考型式：S・TJ-D001A・WPT・MW（オリバー）

外形寸法は幅 450mm×奥行 680mm×高さ（最大高）1170mm であること
本体はスチール及びアルミを用いて堅牢性のある素材で構成されていること
天板は幅 450mm×奥行 540mm であること
天板の最低高 820mm 以上、最大高が 1125mm であり、昇降幅 305mm 以上であること また、高さの調整はレバー操作にて無段階で調節ができること
天板は抗ウイルスメラミン化粧板であり、アルコール消毒が可能であること
本体トレイは標準で2段以上を装備すること
トレイは、有効寸法 W395mm×D365mm 以上の大型サイズであること また、トレイは網目状ではなく、物が落ちにくく、清拭しやすい形状であること
キャスターは4輪とも静音キャスターであり、そのうち2輪にはストッパーを有していること
キャスターには衝撃を和らげる軟質ダンパーを備えていること
天板下にバインダー等を収納できる棚が備えられていること
専用のナーステーブルと組合せることにより、ワイヤレス充電が可能であること
充電時に通電か確認できるランプを備えていること
CISPR11 規格に準拠した製品であること。

・医療カート 参考型式：S・TJ-D001A・MW（オリバー）

外形寸法は幅 450mm×奥行 680mm×高さ（最大高）1170mm であること
本体はスチール及びアルミを用いて堅牢性のある素材で構成されていること
天板は幅 450mm×奥行 540mm であること
天板の最低高 820mm 以上、最大高が 1125mm であり、昇降幅 305mm 以上であること また、高さの調整はレバー操作にて無段階で調節ができること
天板は抗ウイルスメラミン化粧板であり、アルコール消毒が可能であること
本体トレイは標準で 2 段以上を装備すること
トレイは、有効寸法 W395mm×D365mm 以上の大型サイズであること また、トレイは網目状ではなく、物が落ちにくく、清拭しやすい形状であること
キャスターは 4 輪とも静音キャスターであり、そのうち 2 輪にはストッパーを有していること
キャスターには衝撃を和らげる軟質ダンパーを備えていること
天板下にバインダー等を収納できる棚が備えられていること

・グローブボックスホルダー 参考型式：S・TJ-J900・GB（オリバー）

外形寸法が、幅 145mm×奥行 85mm×高さ 155mm であること
主材はスチールとし、PEコーティングが施されていること
専用ブラケットと組合せることで、医療カートに取付けが可能であること。

・ブラケット（片持ち用） 参考型式：S・TJ-J900・BR・A（オリバー）

外形寸法が、幅 195mm×奥行 65mm×高さ 45mm であること
主材はスチールとし、PEコーティングが施されていること
グローブボックスホルダーと組合せることで、医療カートに取付けが可能であること。

・バーコードリーダーホルダー 参考型式：S・TJ-J900・HK（オリバー）

外形寸法が、幅 60mm×奥行 65mm×高さ 60mm であること
主材はスチールとし、PEコーティングが施されていること
医療カートの天板下に取付け、バーコードリーダーが収納可能であること

※入札対象物品の品質保証・保守体制に関しては、入札実施後個別審査にて確認する

※同等機種を認めるが、仕様を満たすことが判断できるカタログ等の資料を、令和 7 年 1 2 月 1 1 日までに提出し、玉城町国民健康保険 玉城病院の承認を得ること

2 その他

- ・運搬、搬入、組立、調整、設置、資材回収費用等を含む
- ・仕様書の納入期限に留意し納品作業を行うこと